Direzione Amministrativa
UOC Gestione Acquisti - Logistica
Direttore
Dott. Roberto Daffinà

Segreteria:
Tel. 02 58296212
approvvigionamenti@asst-pini-cto.it

ASST G. PINI-CTO
N. Protocollo: 0015463/20
del 17/07/2020
Classifica: 1.6.3 C. IPA=asstgp
C. AOO=asstgp
C. REG. PROT: RP01

Alla cortese attenzione
Spett.le Fornitore

Oggetto: Avviso esplorativo per manifestazione di interesse della fornitura in noleggio per un periodo di 6 mesi di n° 1 microscopio operatorio per la chirurgia delle estremità occorrente all'Unità di Chirurgia della Mano del P.O. CTO dell'ASST G. PINI – CTO

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Gaetano Pini – CTO, con sede in Piazza C. Ferrari, 1 – 20122 Milano con il presente avviso intende conoscere se sul mercato sono presenti Operatori Economici del settore che possano fornire in noleggio n° 1 microscopio operatorio per la chirurgia delle estremità per un periodo di 6 mesi, ed interessati a partecipare ad eventuale successiva procedura ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 co. 4 di cui al citato D.Lgs.

Considerato il breve lasso temporale di utilizzo del noleggio del microscopio in oggetto, sarà possibile presentare offerta anche per apparecchiatura non nuove ma rigenerate.

Caratteristiche tecniche essenziali

1. **Corpo ottico**
   - Corpo ottico compatto e specifico per le applicazioni microchirurgiche, dotato di freni elettromagnetici sul corpo ottico, all'occorrenza disinseribili;
   - Impugnature di comando compatte, simmetriche, ergonomiche ed orientabili, predisposte per il controllo delle principali funzioni (messa a fuoco, variazione dello zoom, sblocco dei freni elettromagnetici, regolazione intensità luminosa);
   - Obiettivo multifocale di facile utilizzo con distanza di lavoro minima 200mm o inferiore, distanza di lavoro massima 400mm o superiore;
   - Variatore d'ingrandimenti pancratico (zoom) a fattore variabile in modo continuo da 0,4x - 2,4x (rapporto 1:6) con comando elettrico motorizzato a velocità regolabile:
   - Tubo binoculare per osservatore principale con inclinazione variabile 0'-180':
   - Oculari grandangolari 12,5x, dotati di ampia compensazione delle ametropie sferiche;
   - Ponte contrapposto per predisposizione inserimenti adattatori tv, photo, secondo osservatore laterale e contrapposto;
   - Tubo binoculare per osservatore contrapposto con inclinazione variabile 0'-180';
   - Bilanciamento elettrico/manuale del corpo ottico a step di facile esecuzione;
   - Regolazione della distanza di lavoro (focus), con ambito da 200mm a 415mm senza dover cambiare obiettivo.

2. **Illuminazione**
   - Sistema di illuminazione incorporato nello stativo del microscopio con lampada xenon 180W con identica lampada di riserva.

3. **Stativo**
   - Stativo mobile a pavimento, dotato esclusivamente di frizioni meccaniche dotato di ruote a grande diametro, girevoli a 360°, con blocco di sicurezza.
   - Deve garantire un facile spostamento in sala operatoria e non essere molto ingombrante
   - Bilanciamento manuale dello stativo di facile esecuzione
   - Stativo con la più un'ampia estensione orizzontale e verticale mantenendo la massima stabilità

Garanzia e manutenzione

Saranno a carico dell'Impresa la manutenzioni per tutte le apparecchiature utilizzate, complete di accessori per tutto il periodo della fornitura secondo le modalità di seguito descritte:

- Interventi programmati e concordati di manutenzione periodica e tarature come da indicazione del produttore.
- Numero illimitato di interventi di riparazione su chiamata da garantire nelle 24 ore (festivi inclusi) decorrenti dalla richiesta telefonica o mail.
- Sostituzione, compresa nel canone, di tutte le parti di ricambio nessuna esclusa, con pezzi di ricambio originali, nonché la mano d'opera.

Consegna e collaudo

La fornitura deve intendersi effettuata con la formula "chiavi in mano", quindi comprensiva di posa in opera e collaudo funzionale delle apparecchiature e/o attrezzature aggiudicate.
Nella fornitura, ancorché non espressamente previsti nell'offerta sono compresi tutti gli accessori ed il materiale necessario per la messa in funzione il collaudo ed il funzionamento dei sistemi stessi. Sarà a carico della ditta aggiudicataria le operazioni di smontaggio e ritiro dell'apparecchiatura a fine contratto. La consegna dei sistemi, a seguito dell'ordine effettuato, si intende porto franco (tutte le spese di imballo, trasporto, montaggio sono a carico della ditta aggiudicataria).

Gli Operatori Economici interessati alla fornitura in argomento dovranno far pervenire la loro manifestazione di interesse entro il giorno **06/08/2020 alle ore 14:00,** tramite piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia caricando la dichiarazione di interesse (all.1), firmata digitalmente dal Legale Rappresentante.

L'importo presunto per la fornitura in noleggio del microscopio in oggetto per un periodo di **mesi 6** è di **€ 12.000,00** escluso iva.

Requisiti di partecipazione:

a. essere qualificati e iscritti alla piattaforma Sintel nella categoria di interesse – Apparecchiature mediche (33100000-1).
b. non trovarsi nelle cause di esclusione ex art.80 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
c. iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato per attività nello specifico settore oggetto della procedura;
d. non trovarsi con altre ditte che parteciperanno alla procedura in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c..

L'ASST Gaetano Pini-CTO si riserva di annullare la procedura di gara oggetto del presente avviso esplorativo qualora ARIA dovesse pubblicare convenzione per fornitura analoga.

Inoltre, si comunica che poiché Sintel richiede obbligatoriamente l'inserimento di un valore economico, trattandosi di mero avviso ricognitivo, in tale campo dovrà essere inserito il valore simbolico di Euro 0,1.

La procedura, che eventualmente seguirà alla presente indagine conoscitiva, sarà svolta con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 c.4 D.Lgs. 50/2016.

Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e soddisfacente dalla Stazione Appaltante.

La predetta manifestazione non vincola in alcun modo questa ASST, per cui eventuali variazioni non costituiranno motivo di eccezioni da parte degli operatori interessati.

Per qualsivoglia chiarimento si chiede di contattare l'ufficio gare al n. 02/58296213/1;

Il Direttore
UOC Gestione Acquisti – Logistica
(Dr. Roberto Daffinà)

Allegati:

- All. 1 - manifestazione di interesse

Responsabile del procedimento: *Dott. Roberto Daffinà*
Pratica trattata da: sig.ra Elena Pisano
Per comunicazioni istituzionali si chiede di utilizzare uno dei seguenti indirizzi e-mail: protocollo@pec.asst-pini-cto.it
oppure ufficio.protocollo@asst-pini-cto.it